



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia

Milówka, 22 grudnia 2025r.

**Oferenci w postępowaniu – zapytanie
ofertowe na zakup i dostawę sprzętu
i wyposażenia medycznego – Waga
z analizatorem masy ciała.**

W związku z zapytaniem jednego z oferentów o następującej treści:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, np. 24 miesiące, przy zachowaniu pozostałych warunków specyfikacji. Okres ten jest standardem rynkowym dla tego rodzaju produktów i pozwala na zapewnienie pełnej jakości oraz serwisu gwarancyjnego. Dodatkowo, standardowy okres gwarancji pozwala zoptymalizować koszt oferty, przy jednoczesnym utrzymaniu wszystkich wymagań funkcjonalnych i bezpieczeństwa sprzętu.

Zamawiający nie dopuszcza okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy w ramach realizacji projektu grantowego FENX.

2. Czy zamawiający w ramach gwarancji wymaga też przeprowadzenia legalizacji wtórnej, jeżeli upływa ich ważność w trakcie trwania gwarancji. Legalizacja wtórna urządzeń pomiarowych jest czynnością urzędową wykonywaną przez wyspecjalizowane jednostki administracji miar, a nie przez wykonawcę czy serwis producenta. Procedura ta jest prosta i sprowadza się do dostarczenia urządzenia do odpowiedniego urzędu miar, który dokonuje sprawdzenia i wystawia stosowne świadectwo legalizacji.

Zamawiający, w ramach gwarancji, nie wymaga przeprowadzenia legalizacji wtórnej urządzenia.

Wiceprezes Zarządu

Lek. med. Paulina Jarco

Zakład Opieki Zdrowotnej
„MEDYK” sp. z o.o.
34-360 Milówka, ul. Dworcowa 31
Regon 070844166