

Załącznik Nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Lp.	Nazwa i parametry sprzętu	Liczba sztuk
1.	<u>WIZUALIZATOR NACZYNIOWY (SKANER ŻYŁ)</u> Skaner naczyń krwionośnych emitujący promieniowanie podczerwone, które wykorzystane jest do lokalizacji naczyń podskórnych oraz podświetlenia ich pozycji na skórze pacjenta bezpośrednio nad żyłami, o parametrach określonych poniżej bądź równoważnych: -wbudowany wyświetlacz o wielkości minimum 1,3 cala wskazujący wszystkie uruchomione na urządzeniu funkcje, rozdzielczość wyświetlanej mapy naczyń w pikselach, poziom jasności, kolor, stan baterii, tryb pomiaru głębokości - emisja promieniowania podczerwonego z dwóch niezależnych źródeł o długości fali min. 850nm każdy; - kolorowe Diody LED wyświetlające na obudowie urządzenia informacje o włączeniu urządzenia, stanie baterii oraz ładowaniu baterii; -wbudowana bateria litowo-jonowa; -możliwość pracy na zasilaniu sieciowym przy rozładowanej baterii; - urządzenie wyposażone w klawiaturę składającą się z przycisków niewystających w żadnym z kierunków poza płaszczyznę ściany obudowy, ułatwiających czyszczenie urządzenia. - powinien posiadać drugie niezależne źródło światła podczerwonego zwiększające jakość wyświetlanej mapy żyłnej; - automatyczny pomiar głębokości żył z trójstopniowym wskazaniem jego wyniku poprzez projekcję trójkolorowej mapy żył wskazującej ich głębokość: żyły czerwone do 2 mm, żyły niebieskie do 2-4 mm, żyły zielone powyżej 4 mm; - ilość poziomów jasności wyświetlania – min 4; - ilość rozmiarów okna wyświetlania – min 3; - waga urządzenia (bez zasilacza) pomiędzy 400g a 500 g; - optymalne wymiary urządzenia w mm (dł. x szer. x gł.): max. 250 x 80 x 75 mm W zestawie powinno znajdować się: -etui; -mobilna ładowarka; -instrukcja w języku polskim.	2