



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską




NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia

Załącznik Nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Lp.	Nazwa i parametry sprzętu	Liczba sztuk
1.	<u>KOZETKA LEKARSKA</u> Kozetka lekarska ze stelażem aluminiowym lakierowanym proszkowo na biało, wyposażona w koła z możliwością blokady oraz regulowanym podgłówkiem, z obiciem ze zmywalnego materiału skóropodobnego. Powinna posiadać uchwyt na prześcieradło jednorazowe. Wysokość całkowita od podłoża max 65cm , szerokość max 60 cm, długość 180 - 200 cm. Dodatkowym atutem możliwość wyboru koloru tapicerki. W zestawie powinno znajdować się: -instrukcja w PL.	5
2.	<u>LAMPA DIAGNOSTYCZNA BEZCIENIOWA</u> Profesjonalna lampa diagnostyczna przeznaczona do gabinetu lekarskiego z technologią LED, o parametrach określonych poniżej bądź równoważnych : - typ oświetlenia jasne światło LED do 15W; - z technologią bez podczerwieni; - wyposażona w statyw jezdy zapewniający stabilność i mobilność urządzenia z co najmniej 4 kółkami (jedno powinno być wyposażone w blokadę); - elastyczne ramię tzw. gęsia szyja o długości do 40 cm; - zasilanie sieciowe 230V z przewodem o długości pomiędzy 150-200 cm. W zestawie powinno znajdować się: -instrukcja w PL	2



3.	<u>LAMPA UV BAKTERIOBÓJCZA I WIRUSOBÓJCZA</u> Profesjonalna lampa bakteriobójcza i wirusobójcza o parametrach określonych poniżej bądź równoważnych: - napięcie zasilania: 230V z przewodem o długości pomiędzy 2- 3 m. - moc pobierana z sieci: 80-120 W - trwałość promienników (h): 9000-10000 h - wydajność wentylatora: 80-100 m³/h - przepływ powietrza: min 200 m³/h - powierzchnia (zasięg) działania lampy: 35 m² - głośność wentylatora: < 30 dB - waga urządzenia do 15 kg. W zestawie powinno znajdować się: - instrukcja w PL	2
----	--	---